



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ**

ul. Sądowa 9 28-100 Busko-Zdrój

tel. 41 356 71 24

<http://www.spzpoz.busko.pl>

biuro@spzpoz.busko.pl



Busko-Zdrój, dn. 10.12.2020 r.

GK.26.12.2020

**Informacja Nr 2
dla Wykonawców**

Dotyczy: Postępowania na dostawę jednorazowych art. medycznych, materiałów opatrunkowych i drobnego sprzętu medycznego na potrzeby SPZPOZ w Busku-Zdroju

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści fartuch jednorazowy SMS barierowy o gramaturze 25g/m?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga jednorazowego, fartucha chirurgicznego standard wykonanego z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 45g/m².

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści fartuch ochronny fizelinowy o gramaturze 20g/m?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści fartuch ochronny fizelinowy o gramaturze 20g/m.

Pytanie 3:

Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu czepka oczekuje Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga czepka ochronnego wykonanego z fizeliny, składający się z jednej warstwy tkaniny antybakteryjnej-polipropylene 20g/m², włóknina medyczna, ściągany gumką.

Pytanie 4:

Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu masek oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający wymagamy maski wykonanej z trzech warstw niepyłającej włókniny posiadającej wkładkę modelującą na nos odporną na rozpryski, mocowaną na gumki. Maską zgodną z normą PN – EN 14683:2019+AC:2019, typ IIR.

Pytanie 5:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje masek FFP2 z zaworem wydechowym czy bez zaworu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający oczekuje masek FFP2 z zaworem wydechowym. Maską zgodną z normą EN 149:2001+A1:2009.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ**

ul. Sądowa 9 28-100 Busko-Zdrój

tel. 41 356 71 24

<http://www.spzpoz.busko.pl>

biuro@spzpoz.busko.pl



Pytanie nr 6

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje masek FFP3 z zaworem wydechowym czy bez zaworu?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający oczekuje masek FFP3 z zaworem wydechowym. Maska zgodna z normą EN 149:2001+A1:2009.

Pytanie nr 7

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w jakim rozmiarze oczekuje gazików?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga gazika nasączonego 70% alkoholem izopropylowym w wymiarze 30 mm x 32,5mm.

Pytanie nr 8

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje opatrunku transparentnego czy włókninowego?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje opatrunku włókninowego.

Pytanie nr 9

Prosimy Zamawiającego o podanie zawartości pakietu porodowego.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje pakietu zawierającego:

*1 gruszka do odsysania wydzielin

*4 zaciski pępowinowe

*4 gaziki 15/15

*1 nożyczki

Pytanie nr 10

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie z jakiego materiału oczekuje pensety?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje jednorazowej sterylnej pensety plastikowej.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

Mariusz Klimczyk